

## Deklaracja zgodności

Wytwórca:

Prodromus Sp. z o.o.  
Łukasiewicza 1,  
31-429 Kraków, Polska

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób medyczny Prodrobot zautomatyzowany trener chodu:.....

Został sklasyfikowany jako klasa IIa reguła 9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 r., Nr 215, poz. 1416).

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EEC oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych. Procedura oceny zgodności prowadzona zgodnie z załącznikiem V Dyrektywy 93/42/EEC.

Wszystkie mające zastosowanie zharmonizowane normy zgodne z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC - znajdują się w Dokumentacji Technicznej.

Jednostka Notyfikowana



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
90431 Nürnberg, Germany

Miejscowość, data:

Kraków, 2020-06-12

Imię i nazwisko/stanowisko:

Bartłomiej Wielogórski  
Prezes Zarządu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wielogórski', is written over a faint rectangular stamp area.